



СОПЛО ОБДУВОЧНОЕ СО 1.0 АПО

Этикетка
АВЕ 58.060.000 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

модель	СО 1.0
Заводской номер	
Дата выпуска	

Контролер _____
(подпись, штамп)

Продавец _____
(подпись)

Дата продажи _____

М.п.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Сопло обдувочное СО 1.0 АПО АВЕРОН (далее по тексту – СО) предназначено для удаления пыли и мелкой крошки гипса и паковочной массы со стоматологических моделей.

1.2 Основные технические характеристики:

- рабочее давление 3...6 атм
- расход воздуха, не более 120 л/мин
- габариты (диаметр×ширина) 22×140 мм
- масса, не более 100 г

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Сопло обдувочное	1 шт
Пневмошланг	1 шт
Штуцер	1 шт
Тройник*	1 шт

* - по дополнительной заявке



3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АПО АВЕРОН

При выполнении работ по подключению оборудования выключить АПО от сети и магистрали высокого давления.

1. Шестигранным ключом (из комплекта ЗИП АПО) выкрутить заглушку (1) из регулятора давления.
2. Штуцер СО вкрутить вместо заглушки.



4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения протереть СО влажной мягкой тканью, губкой (растворы в соответствии с МУ-287-113).

5 ГАРАНТИИ

ГАРАНТИЯ - 1 год со дня продажи.

Изготовитель вправе изменять конструкцию для улучшения качества изделия.

Гарантия действительна при наличии даты продажи, печати и подписи продавца.